



EHPAD Résidence Les Aulnes
417 Rue Jules Guesde
59510 Hem

Tél : 03.20.65.98.88 – Fax : 03.20.65.98.89
Mél : marchespublics@lesaulnes-hem.fr

FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE LITS POUR L'UVA D'UN EHPAD

Cahier des Clauses Techniques Particulières CCTP

Article 1 – Objet

Le présent cahier des charges a pour objet d'éditer les clauses techniques particulières relatives au marché passé conformément aux articles 33, 57,58 et 59 du Code des Marchés Publics.

Article 2 – Coloris et revêtements

Le coloris et le revêtement définitifs des produits seront à définir avec le titulaire retenu en adéquation des choix coloristiques du maître d'ouvrage et de l'architecte.

Article 3 – Dimensions des produits

Les produits proposés devront être en adéquation avec la superficie des locaux et répondre au respect de la norme PMR.

Les dimensions des produits repris dans le descriptif des lots sont indiquées de manière approximative.

Article 4 – Normes et réglementations

Les matériels proposés respecteront toutes les normes et les réglementations en vigueur pour les types de dispositifs proposés, le jour de la réception.

D'une manière générale, le titulaire devra prendre toutes les dispositions pour que l'installation des équipements soit conforme à toute la réglementation en vigueur (sécurité électrique, sécurité machine, hygiène).

Les produits proposés devront être conformes à la réglementation en vigueur et aux normes non feu. (Justificatifs et certificats à produire)

Besoins

CHASSIS DE LIT TYPE ALZHEIMER A HAUTEUR VARIABLE ELECTRIQUE (21 à 80 cm)

3 fonctions électriques

Relève buste

Hauteur variable

Plicature des genoux

Télécommande 3 fonctions, avec possibilité verrouillable et rétro éclairée

Dim. couchage : 2000 x 900 mm

Sommier à grilles ou lattes ABS ou métalliques soudées permettant un nettoyage de surface facilitée

Crémaillères pour la partie relève jambe

Dispositif de freinage centralisé

Charge de fonctionnement de sécurité de 170kg minimum

Panneau de lit en bois coloris adapté au mobilier existant de l'EHPAD et d'une épaisseur minimum de 3 cm

Le lit et ses accessoires devront répondre à la norme en vigueur 60601-2-52

Le lit devra être équipé de réservations pour potences et tiges portes serum

En option

un support de télécommande aimanté

Jeu de barrières pliantes epoxy Accessoire universel pour tous les lits à hauteur variable

Le lit devra permettre l'utilisation en toute sécurité et conformité aux normes en vigueur des systèmes SAM(Système d'aide à la mobilité)

Fait à Hem, le 20 novembre 2018

Le Candidat,

(Date, cachet, signature précédée
De la mention « lu et approuvé »)

Le Pouvoir Adjudicateur,
EHPAD de Hem

Claudine GRAVER

